Philozon

BAGS

Instruções de uso

Aplicadores Flexíveis para Ozonioterapia
(Bags)

1 INFORMAÇÕES DO FABRICANTE

Fabricante e Distribuidor:

PHILOZON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GERADORES
DE OZÔNIO LTDA.
CNPJ: 07.138.875/0001-01
IE: 254.915.329

Autorização de Funcionamento ANVISA:
UH76W162525L (8.04729.1)
Responsável Técnico:
Leticia M. B. Philippi – CRF/SC 5084
Registro Anvisa nº: 80472910004

Endereço:
Rua Acadêmico Rafael Goulart, 133
Bairro Nova Esperança
Balneário Camboriú – SC
CEP: 88.336-285
FONE: 47 3366-7000
E-MAIL: assistencia@philozon.com.br
SITE: www.philozon.com.br

Estas instruções são parte integrante do produto e devem acompanhar o aplicador quando usado por outras pessoas ou transferido para outro local. Estas instruções devem ser mantidas em boas condições e disponíveis para uso imediato.

2 FINALIDADE DE USO

Os aplicadores flexíveis (Bags) são indicados para aplicação tópica de ozônio na pele com finalidade antimicrobiana ou microbicida, podendo ser utilizado para preparo e antissepsia da pele antes e após procedimentos estéticos (ver abaixo), reduzindo o risco de complicações como infecções.

Os aplicadores são veículos de gás ozônio utilizados para antissepsia do local de aplicação pré e pós procedimentos estéticos, a exemplo de:

- Limpeza de pele;
- Tratamento de acne;
- Na reconstrução estética decorrente de feridas e lesões de pele.

O tratamento deve ser realizado por profissional habilitado em Ozonioterapia.

3 APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

BAG LUVA

BAG BOTA

BAG CALÇA

4 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Código	Apresentação	Especificação
Bag Luva	20	Embalagem com 5 unidades	L = 200 mm C = 700 mm
Bag Bota	130	Embalagem com 5 unidades	L = 370 mm C = 500 mm
Bag Calça	131	Embalagem com 1 unidade	[L = 800 mm C = 1200 mm
Bag Calça GG	1694	Embalagem com 1 unidade	L = 830 mm C = 1360 mm

5 MODO DE USO

5.1 Orientações Gerais

5.1.1 Desinfectar os Bags com álcool 70% antes do seu uso. Deixar o álcool evaporar totalmente antes do uso.

NOTA: O membro onde será aplicado o ozônio deve estar livre de qualquer adorno (anéis, pulseiras, relógio, etc.) e roupas.

5.1.2 Recomenda-se que o membro onde será aplicado o ozônio seja lavado com soro fisiológico ou água ozonizada, para ser umedecido.

5.2 Utilização do aplicador

5.2.1 Colocar o membro onde será aplicado o ozônio dentro do invólucro plástico, garantindo que a cinta elástica prenda firmemente. Pode ser ainda utilizada fita micropore ou esparadrapo para garantir a vedação.

5.2.2 Conectar o extensor no conector do BAG e no bocal da bomba de vácuo ou no bocal de vácuo do gerador de ozônio (se houver).

5.2.3 Acionar o vácuo para retirar o ar do BAG.

NOTA: recomenda-se que seja utilizado um filtro no bocal de vácuo, para evitar que partículas sejam sugadas.

5.2.4 Retirar o extensor do bocal de vácuo e colocar no bocal de saída de Ozônio do gerador.

5.2.5 Selecionar a concentração de Ozônio e liberar a saída.

5.2.6 Encher o BAG de forma que a cinta elástica permaneça estanque.

5.2.7 Desligar a liberação de Ozônio.

5.2.8 Aguardar o tempo definido para a aplicação, conforme procedimento estético.

5.2.9 Desconectar o extensor do bocal de saída de Ozônio é ligar no bocal de Vácuo.

5.2.10 Ligar o vácuo, de forma a esvaziar totalmente o BAG.

5.2.11 O BAG pode ser retirado do membro.

5.2.12 Produto de uso único: descarte o produto após o uso. Fechar a trava plástica.

6 PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

6.1.1 Produto não estéril: efetue a limpeza e desinfecção com álcool 70% antes do uso.

6.1.2 Certifique-se que a cinta elástica está promovendo a vedação adequada, para evitar que o ozônio escape para o ambiente. Se necessário, utilize fita adesiva microporo ou esparadrapo.

6.1.3 Após o uso, efetue a limpeza interna e externa do produto, até eliminar quaisquer resíduos restantes do procedimento anterior. Se não for possível a eliminação completa desses resíduos, não utilize novamente o produto e descarte em local adequado - material contaminado. Se a limpeza for efetiva, faça a desinfeção com álcool 70% antes do próximo uso.

NOTA: Após o uso, descarte o produto em local adequado. Siga as instruções de uso a fim de evitar o vazamento de ozônio para o ambiente.

6.1.4 O ozônio é irritante para as vias aéreas. Em caso de vazamento acidental, evite respirá-lo e ventile imediatamente o ambiente.

6.1.5 Recomenda-se o uso único do material. Se optar pela reutilização, deve-se assegurar a completa limpeza e desinfecção do material.

6.1.6 A dosagem (concentração e tempo de exposição ao ozônio) devem ser definidos por profissional habilitado em ozonioterapia.

6.1.7 Não utilize o produto para outros fins além do indicado nesta Instrução de Uso.

6.1.8 Não coloque um volume excessivo de gás no BAG, isto poderá ocasionar vazamento para o ambiente.

6.1.9 Não infle o BAG em excesso, isto poderá ocasionar vazamento para o ambiente.

6.1.10 Evite movimentar o membro onde o BAG foi colocado, para evitar vazamento involuntário do gás para o ambiente.

6.1.11 Este produto não gera ozônio, nem produz vácuo. Estes recursos devem ser realizados por equipamento específico (gerador de ozônio, bomba de vácuo), regularizado na Anvisa.

7 GARANTIA

7.1.1 O produto tem garantia contra falhas do material.

7.1.2 O uso inadequado, fora da especificação deste documento, não é coberto por garantia.

7.1.3 A garantia não se estende ao equipamento utilizado para gerar ozônio e vácuo.

Rua Acadêmico Rafael Goulart, 133
Nova Esperança, Balneário Camboriú – SC
CEP - 88336-285

assistencia@philozon.com.br
(47) 3366 7000
philozon.com.br